Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN PT-45

Fecha de emisión: 2026-11-03
Revisión: 05
No. de Referencia: 26LC2305

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	**Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)**	**Intervalo de medida**	**Condiciones de medición**	**Incertidumbre expandida de medida**	**Patrón de referencia usado en la calibración**	**Observaciones**
Par Torsional/ Torquímetros (Sentido horario y antihorario)	Comparación directa con Sistema de transferencia de Par Torsional con transductor / NMX-CH-6789-IMNC-2006 (Numeral 6)	1 N·m a 1 000 N·m	18 °C a 28 °C, Δt ≤ 1 °C	(0,20 a 2,0) % L	Sistema de transferencia de Par Torsional con transductor PT-05 - ema / CENAM	Servicio en sitio y/o en las instalaciones del laboratorio (Signatarios: 1, 2, 3)*

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios*:

1. Francisco Javier Padilla Alva
2. Gladys Paola Ballen Corredor
3. Juan Roberto Mora Sanchez